

MINISTÈRE DE L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR,
DE LA RECHERCHE ET DE L'INNOVATION

UNIVERSITÉ DE FRANCHE-COMTE
1, RUE CLAUDE GOUDIMEL
25 030 BESANCON CEDEX

☎ : 03.81.66.50.79
service.marches@univ-fcomte.fr

CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIÈRES (CCTP)

MARCHE PUBLIC DE FOURNITURES

PROCEDURE ADAPTEE

**ACQUISITION DE 4 HOTTES DESTINÉES A L'EXPOSITION D'ORGANISMES
AUX CONTAMINANTS VOLATILES**

Marché n°

Le présent marché est passé selon la procédure adaptée, prévue par les articles 27 et 34 du décret 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics.

Date limite de réception des offres : Mardi 18 septembre 2018 à 12h00 (heure de Paris)

Tous les documents doivent être retournés non modifiés, datés, paraphés et signé

Ce marché concerne l'**acquisition de 4 hottes destinées à l'exposition d'organismes aux contaminants volatiles.**

Les caractéristiques techniques à respecter sont les suivantes :

- Présence de filtres à large spectre, permettant de capturer un maximum de composés toxiques volatils différents. A minima ces filtres devront permettre de capter : le Hg gazeux et les composés organiques volatils (hydrocarbures aromatiques polycycliques par exemple).
- Les hottes devront être placées sur un meuble à roulette pour pouvoir les changer de pièce occasionnellement.
- L'aéraulique devra fonctionner en circuit fermé dans la salle. Le lieu d'installation ne permet ni une évacuation de l'air et ni une compensation de l'air évacuée.
- Un éclairage LED (blanc lumière du jour, avec potentiomètre permettant de régler l'intensité lumineuse) devra être installé dans la hotte pour permettre la culture de végétaux (éclairage réglable de 0 à 200 μ mol/m²/s dans le rayonnement photo-synthétiquement actif).
- 2 prises électriques minimum devront être disponibles dans l'espace de travail sous la hotte, avec une étanchéité suffisante pour résister aux éclaboussures (IP 65 ou 66).
- Le branchement des hottes doit pouvoir se faire sur une prise électrique standard (220V-16A)
- L'encombrement (hauteur, longueur, largeur) total (appareil + meuble) ne devra pas être excessif pour permettre le passage par une porte d'une largeur standard de 96 cm.

La livraison et l'installation du produit seront assurées par le fournisseur retenu.

A..... le,

Lu et approuvé
L'entreprise, (cachet et signature)